

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Ставропольском крае, Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике" (ФБУ
"Северо-Кавказский ЦСМ") RA.RU.311422

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № И-АБ/16-11-2022/201935742

Средство измерений Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении (за 1 грузоприемную
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
платформу или полосу движения); Unicam WIM; Unicam WIM; 52647-13
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер CAM18003700
поверено в соответствии с МП РТ 1781-2012 "Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении
Unicam WIM.МП"
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности В результате проведения опробования СИ признано не соответствующим требованиям методики
поверки.Системой не производится регистрация проходящих ТС и не измеряются массы,габаритные размеры,скорость ТС.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/201935742>

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ
ОЕИ: 201935742

Поверитель Сазонов Ю.В. подпись фамилия, инициалы

Зам. начальника отдела А.С. Русаков подпись фамилия, инициалы
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки 16.11.2022

