ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае, Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике" (ФБУ "Северо-Кавказский ЦСМ") RA.RU.311422

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № И-АЬ/03-10-2022/192271538

Средство измерений: Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении (за 1 грузоприемную платформу или полосу движения); Unicam WIM; Unicam WIM; 52647-13

(наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа)

заводской номер: CAM20001328

поверено в соответствии с: МП РТ 1781-2012 "Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении Unicam WIM.МП"

(наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка)

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности: В результате проведения опробования СИ признано не соответствующим требованиям методики поверки.Системой не производится регистрация проходящих ТС и не измеряются массы,габаритные размеры,скорость ТС.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/192271538

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 192271538

Поверитель: Сазонов Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Инженер по метрологии 2 категории — Сазонов Ю.В.

(должность руководителя или другого уполномоченного лица — подпись — фамилия, инициалы)

Дата поверки: 03.10.2022