



## ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ  
"СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ") RA.RU.311422

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № И-АБ/27-03-2026/515561039

Средство измерений Комплексы аппаратно-программные автоматические весогабаритного контроля; "Бизмэн 7"; Бизмэн  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

7/Т-2-В; 69877-17  
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 24-0043

поверено в соответствии с РТ-МП-767-444-2022

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности Измерения относительной погрешности измерений полной массы и нагрузки на ось ТС превышают

предельно допустимые значения

Постоянный адрес  
записи сведений о  
результатах поверки в  
ФИФ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/515561039>

Номер записи сведений о  
результатах поверки в ФИФ  
ОЕИ: 515561039

Поверитель Жерносек Н. Н.  
фамилия, инициалы

Инженер по метрологии 2  
категории   
подпись

Жерносек Н. Н.  
фамилия, инициалы

Дата поверки 27.03.2026

